



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Αληπασαλή Διαλεχτή
Τηλ.: 23813 50-335

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

49/2022

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΕΙΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (CPV: 39330000-4)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ)
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα	Γραφείο προμηθειών
Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής	ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ τηλ: 23813 50335-196
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	prom@gnedessas.gov.gr
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών	Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού	Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας	Γραφείο προμηθειών Ο.Μ. Έδεσσας
Κωδικοί CPV	(CPV: 39330000-4)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ο.Μ. Έδεσσας).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο

1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' αριθμ. 10475/31.10.2022 έκθεση σκοπιμότητας- αναγκαιότητας για την προμήθεια γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέους και αντιμικροβιακών προϊόντων καθαρού χαλκού από τη Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Έδεσσας.
4. Την υπ' αριθ. 23η/04.11.2022 (ΘΕΜΑ: 4^ο) (ΑΔΑ: ΩΜΥΡ4690Β6-ΥΥΕ) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθ. 1118/11.11.2022 (ΑΔΑ:6ΓΑΗ4690ΒΛ-4ΩΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Μ. Έδεσσας για τη διενέργεια της διαδικασίας.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΕΙΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (CPV: 39330000-4) για την Ο.Μ. Έδεσσας με συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης **#37.000,00€#** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του ΚΑΕ 7127 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **Χαμηλότερη Τιμή**.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας, σε **σφραγισμένο φάκελο**, έως την **Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022** και ώρα **14:30** για τα είδη με τους ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00**.

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 - Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 - Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
 - Ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
 - Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:

- υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά ε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 - Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.
- υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή, στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. Θα προσφερθεί μία τιμή για κάθε υπηρεσία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (**χαμηλότερη τιμή**).
3. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται **εις διπλούν** στην οποία θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με το περιγραφόμενο έργο, το αργότερο σε διάστημα 4 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής ΚΗΜΔΗΣ.
5. Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ενιαίο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ ή από την 3η ΥΠΕ ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο.
6. Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν:
 - Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ, ή ισοδύναμα, κτλ).
7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
8. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
10. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
11. Οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών την ημέρα κατάθεσης των προσφορών.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Έδεσσας).

Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάγκη προμήθειας (1) Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) για την εξυπηρέτηση αναγκών του Νοσοκομείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό-αντισηπτικό χεριών, ως απολυμαντικό ιατρικών εργαλείων, ως πολύ ισχυρό απολυμαντικό σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α., για απολύμανση μέσω εκνέφωσης καθώς και άλλων χρήσεων, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας για την προμήθεια μίας (1) Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) για την εξυπηρέτηση αναγκών του Νοσοκομείου, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το υποχλωριώδες οξύ (HOCl) σε χώρους ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

- Ως απολυμαντικό-αντισηπτικό χεριών.
- Ως διάλυμα απολύμανσης ορισμένων ιατρικών εργαλείων.
- Ως πολύ ισχυρό απολυμαντικό σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α. Μελέτες δείχνουν ότι το HOCl είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την χλωρίνη ως απολυμαντικό.
- Ως αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα.
- Για την αφαίρεση του βιοφίλμ στις οδοντιατρικές γραμμές νερού και στις δεξαμενές νερού.
- Για απολύμανση μέσω εκνέφωσης αιθουσών αναμονής, γραφείων και χειρουργείων.
- Ως θεραπεία ελκωτικών τραυμάτων (Έλκη διαβητικών ποδιών).
- Για εμποτισμό νοσοκομειακών ακάθαρτων και μέσω εκνέφωσης απευθείας σε νοσοκομειακές κλίνες.
- Για προ-εγχειρητικές και μετεγχειρητικές πλύσεις τραυμάτων.
- Για πλύσιμο & τοπική αντισηψία τραυμάτων.
- Για την απολύμανση τροφίμων.

Καθώς και για άλλες χρήσεις.

Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου θα απαιτηθεί μία (1) Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) των ακόλουθων προδιαγραφών:

- Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος θα πρέπει να είναι κατάλληλη για παραγωγή 3,75 λίτρων ή 7,5 λίτρων υποχλωριώδους οξέος (HOCl) στις εξής περιεκτικότητες και χρόνους:
 - **200 ppm** (ισοδύναμο με 0,02% HOCl) σε περίπου 8 λεπτά.
 - **500 ppm** (ισοδύναμο με 0,05% HOCl) σε περίπου 20 λεπτά.
 - **1000 ppm** (ισοδύναμο με 0,1% HOCl) σε περίπου 40 λεπτά.

Θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:

1. **ΟθόνηLCD** η οποία θα αναγράφει τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος, καθώς και την περιεκτικότητα του παραγόμενου διαλύματος, όπως επίσης και μπουτόν εκκίνησης και μπουτόν επιλογής προγράμματος.
2. **Πιστοποίηση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας**, με την οποία να πιστοποιείται ότι βάσει του ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για την παραγωγή διαλυμάτων υποχλωριώδους οξέος (HOCl) περιεκτικότητας από 200 ppm, 500 ppm, έως 1000 ppm όντας παράλληλα ασφαλής για χρήση από τον άνθρωπο και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
3. **Πιστοποίηση αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής & απολυμαντικής δράσης** από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (**Ε.Σ.Υ.Δ**) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (**Ε.Ο.Φ**), με την οποία να τεκμηριώνεται η απολυμαντική & αντιμικροβιακή δράση του παραγόμενου διαλύματος υποχλωριώδους οξέος (**HOCl**) κατά των ακόλουθων μικροβίων:
 - Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του μύκητα **Candida Auris**.
 - Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του μικροοργανισμού **S. Aureus**.
 - Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του μικροοργανισμού **Ps. aeruginosa**
 - Πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης κατά του ιού **SARS-COV-2 – COVID-19**

Να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιήσεων του προσφερόμενου προϊόντος, επί ποινή αποκλεισμού.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή προϊόντος	Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl)
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	22cm x 22 cm x 41cm
Βάρος (άδεια) / (γεμάτη)	6,6kg / 14,10 kg
Τάση δικτύου	220 V AC 50/60 Hz
Τάση ηλεκτροδίων ηλεκτρόλυσης	12V DC
Μέγιστο ρεύμα	8A
Ποιότητα νερού	Νερό βρύσης
Εσωτερικός όγκος δεξαμενής	7,5L
Παραγόμενες ποιότητες HOCl	200 ή 500 ή 1000 ppm σε pH ~ 5-6
Παραγόμενες ποσότητες HOCl	3,75 L και 7,5 L

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις:

- **Πιστοποιήσεις ISO:**
 - Ποιότητας ISO 9001:2015,
 - Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και
 - Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018

με ειδικό πεδίο πιστοποίησης τις υπηρεσίες απολύμανσης χώρων.

- **Πιστοποίηση** από **Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα** της χώρας μας σχετικά με τα αντιμικροβιακά προϊόντα που εμπορεύεται.
- **Πιστοποιητικό** επιμόρφωσης για κατ' ελάχιστον ένα (1) άτομο της εταιρείας, από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας μας, σχετικά με τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων από μολυσματικές ασθένειες όπως ο **SARS-CoV-2 (Covid-19)**.
- Να διαθέτει ως υπεύθυνους επιστήμονες η συνεργάτες άτομα με την ιδιότητα είτε του Χημικού Μηχανικού με πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, είτε του Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, πτυχίο των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στον φάκελο της προσφοράς.

Όλα τα ανωτέρω θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Σε συνέχεια της παράδοσης της Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl), ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε επίδειξη των λειτουργιών της.

Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl), θα πρέπει να διατεθεί με ταινίες μέτρησης pH.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl), καθώς και να προμηθεύει τις πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν όπως ξίδι 5 βαθμών, αλάτι χωρίς σιδηροκυανιούχα πρόσθετα και ανταλλακτικά όπως αδιαφανείς φιάλες με τρίκερ ή και αντλία, δοχεία, ταινίες μέτρησης pH, ταινίες μέτρησης ενεργού χλωρίου, ετικέτες με ένδειξη του προϊόντος κ.α.

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1.	Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) SP-GENI	TEM	1		
Μερικό Σύνολο:					
ΦΠΑ 24%:					
Γενικό Σύνολο :					

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας. Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη Σύμβασης.

Η Σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης από Ενιαίο, Κοινό, Τακτικό ή Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή από την 3η Υ.Π.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της Σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο, και αφορά το Γ.Ν. Πέλλας και τους φορείς εποπτείας του.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ανάρτηται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ν. Έδεσσας <http://www.gnedessas.gov.gr/> απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ